







TIPOS DE MASCARILLAS	MASCARILLAS HIGIÉNICAS (NO SON EPI NI PS)		MASCARILLAS QUIRÚRGICAS (PRODUCTO SANITARIO)			MASCARILLAS AUTOFILTRANTES (EPI)		
	Reutilizables	No reutilizables	TIPO I	TIPO II	TIPO IIR	FFP1	FFP2 KN95	FFP3
<b>ETIQUETADO</b> <sup>b, c</sup> •Información en castellano •Identificación del producto •Norma UNE y marcado CE •Instrucciones uso •Datos del fabricante/ vendedor/representante en la Comunidad Europea	<ul style="list-style-type: none"><li>- NO llevan marcado CE</li><li>- Norma UNE 0064 o UNE 0065 (reutilizables)</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>- Marcado CE</li><li>- Norma UNE 14683</li><li>- Tipo de mascarilla (I, II o IIR)</li></ul>			<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Marcado CE + N ° de Organismo Notificado</b> (4 dígitos)</li><li>- <b>Norma UNE-EN149</b></li><li>- <b>Si no tiene marcado CE</b> -&gt; Debe tener autorización temporal concedida antes del 30/09/2020<ul style="list-style-type: none"><li>o Válido solo hasta el 31/12/2020</li><li>o La autorización debe ir en el etiquetado</li></ul></li></ul>		
<b>PRECIO MÁXIMO IVA</b>	<b>NO 21%</b>		<b>SI (0,62 euros/unidad) 4%</b>			<b>NO 21%</b>		
<b>RECOMENDACIONES DE USO</b>	<b>Población general sana</b> <sup>d</sup>		Personas con <sup>d</sup> : <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>síntomas</b></li><li>- <b>diagnóstico reciente de COVID-19</b></li><li>- <b>contacto estrecho</b> caso confirmado de COVID-19 (durante el periodo que dure cuarentena)</li><li>- <b>grupos vulnerables para COVID-19:</b> personas mayores, con patologías crónicas y embarazadas</li><li>- <b>cuidadores</b> de grupos vulnerables</li></ul>		<b>Personal sanitario</b> <sup>e</sup>  (Tipo IIR: Resistente a fluidos alto riesgo) <sup>e, f</sup>	No recomendable para uso médico <sup>e</sup>		<b>Profesionales sanitarios</b> en contacto a menos de 2m con casos posibles, probables o confirmados de COVID-19 <sup>e, g</sup>
<b>DURACIÓN</b>	< 4h o según indicación del fabricante En caso de que se humedezca o deteriore, sustituirla por otra <sup>d, e</sup>		< 4h o según indicación del fabricante En caso de que se humedezca o deteriore, sustituirla por otra <sup>d, e</sup>			< 4h o según indicación del fabricante En caso de que se humedezca o deteriore, sustituirla por otra <sup>e</sup> <b>No más de 8 h</b> <sup>h</sup>		
<b>REUTILIZACIÓN</b>	 <sup>a, e</sup>	 <sup>a, e</sup>	 <sup>e</sup>			 (marcado NR) <sup>e, h</sup>		 (marcado R) <sup>e, h</sup>   (marcado NR) <sup>e, h</sup>

a. Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Información sobre normas de aplicación a los diferentes tipos de mascarillas. 29 de abril de 2020.

b. BOE. Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios. 6 de noviembre de 2009.

c. BOE. Real Decreto 1468/1988, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a su venta directa a los consumidores y usuarios. 8 de diciembre de 1988.

d. Ministerio de Sanidad. Recomendaciones sobre el uso de mascarillas en la comunidad en el contexto de COVID-19. 10 de junio de 2020.

e. Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Utilización de mascarillas COVID-19. Informe técnico. 14 de julio de 2020.

f. Grupo de trabajo de Productos Sanitarios de la SEFH. Información básica relativa a las mascarillas quirúrgicas. 30 de marzo de 2020.

g. Ministerio de Sanidad. Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2. 7 de octubre de 2020.

h. Grupo de trabajo de Productos Sanitarios de la SEFH. Mascarillas filtrantes: identificación y optimización en su uso en los servicios de farmacia. Abril 2020.